



Stemmi dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Giorgio Menghini, 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S. Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA
Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531 – Sito Internet: www.ospedale.perugia.it

OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA DI “DISPOSITIVI PER LA PROCEDURA DI CATETERIZZAZIONE VESCICALE A PERMANENZA CON TECNICA STERILE” PER LA DURATA DI 60 MESI – CHIARIMENTI.

Di seguito si riportano i quesiti posti da alcune ditte in gara, con le relative risposte:

➤ **QUESITO N. 1 RIGUARDANTE IL MARCHIO CE:**

“Si chiede di confermare che con dichiarazione di conformità dei prodotti offerti alle vigenti normative nazionali e comunitarie in materia di sicurezza sul lavoro (marchio CE) PUNTO D) BUSTA B, si intende la dichiarazione di conformità redatta dal fabbricante legale in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva sui dispositivi medici 93/42/CEE e s.m.i.?”

➤ **RISPOSTA:**

La **marcatatura CE** dei dispositivi medici è una procedura **obbligatoria** per tutti i prodotti disciplinati dai **Regolamenti** comunitari “**dispositivi medici e dispositivi medici in vitro**”, deve essere eseguita dal fabbricante di un prodotto che rientra in tali Regolamenti, il quale dichiara per mezzo della dichiarazione di **conformità** che il suo prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza e salute previsti dai regolamenti in vigore.

➤ **QUESITO N. 2 RIGUARDANTE IL LOTTO N. 3 - CATETERISMO VESCICALE A LUNGA PERMANENZA - OLTRE 30 GIORNI:**

*“Il Lotto n. 3 prevede 8.300 pz catetere e 8.300 pz sacca: è possibile offrire, senza essere esclusi, un unico codice che prevede **catetere+sacca preconnessi** (con connessione inscindibile) per un consumo totale di 8.300 pezzi?”*

➤ **RISPOSTA:**

Poiché la prevenzione delle infezioni correlate al cateterismo vescicale si basa essenzialmente sul concetto di mantenimento del circuito chiuso, dall’inserimento alla rimozione del catetere, la preconnessione inscindibile catetere-sacca rappresenta un valore aggiunto.

Resta inteso che la comparazione economica del dispositivo preconnesso con il sistema catetere e sacca separati, va effettuata sommando il costo di un catetere al costo di una sacca.

➤ **QUESITO N. 3 RIGUARDANTE IL LOTTO N. 6 - KIT STERILE DI DISPOSITIVI PER CATETERISMO VESCICALE A PERMANENZA CON TECNICA STERILE-LATEX FREE:**

A) *“in riferimento alla procedura in oggetto, riguardante il lotto n 6 siamo a comunicare quanto segue:*

- detto prezzo non è allineato al prezzo medio di mercato praticato oggi per i kit contenenti il disinfettante, in quanto non tiene in considerazione l'evoluzione dei prodotti, l'inflazione maturata e soprattutto l'aumento dei costi della bustina in oggetto.

Pertanto, per permettere la partecipazione di un numero ampio di aziende, chiediamo che la base d'asta venga alzata considerevolmente (circa € 4,00) oppure che la bustina all'interno del kit cateterismo vescicale venga stralciata".

B) "con la presente siamo a richiedere se la base d'asta (valore presunto annuo) è vincolante oppure si può offrire un prezzo più alto dato che, per il lotto 6 (la base d'asta è molto bassa), si fa riferimento ad un vecchio prezzo di acquisto superato già in altre trattative dirette per un prodotto equivalente a quanto richiesto per questa procedura".

➤ **RISPOSTA:**

Si conferma la base d'asta così come prevista dal bando di gara.

Si comunica inoltre che si è provveduto al perfezionamento dei CIG, per cui è possibile effettuare il pagamento del contributo A.N.A.C..

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Glauco Fabbri)

