



Stemma dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale G. Menghini, 9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S.Andrea delle Fratte – 06132 PERUGIA
Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531 – Sito internet: www.ospedale.perugia.it

DIREZIONE ACQUISTI ED APPALTI
Tel. 075-5786139

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO Art. 77 D. Lgs. N. 36 del 31/03/2023

Consultazione preliminare di mercato relativa alla fornitura di Kit Sterile monouso per il prelievo e sizing del tessuto adiposo autologo da utilizzare c/o la Sala Operatoria di Ostetricia e Ginecologia per il periodo di 48 mesi.

Il presente avviso è propedeutico all'indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 76 comma 2 lett. b) del D.Lgs 36/2023, per l'affidamento, della durata di 48 mesi, per la fornitura di Presidi vari per Attività di Sala Operatoria e di Reparti Intensivi, Bendaggi e Spazzolini per pulizia cannule Tracheostomiche per le necessità di quest'Azienda Ospedaliera.

Stante la peculiare natura della destinazione finale d'impiego di quanto richiesto, la SA ritiene opportuno esperire, prima dell'avvio della procedura di appalto, una verifica delle attuali potenzialità del mercato di riferimento garantendo, tra l'altro, pubblicità all'iniziativa di approvvigionamento e l'osservanza dei principi di trasparenza e massima partecipazione degli Operatori Economici.

Pertanto, la presente consultazione preliminare va intesa come una semplice pre-fase di gara, non finalizzata all'aggiudicazione di alcun contratto, ma volta ad agevolare la preparazione dell'appalto e lo svolgimento della relativa procedura, nonché di informare gli operatori economici dell'intendimento della SA di voler indire l'appalto.

Descrizione dei presidi:

Lotto	Descrizione	u.m.	Q.tà annua	Prezzo unitario a base d'asta	Importo 48 mesi a base d'asta
1	<p>Il dispositivo deve consentire il prelievo e la processazione del tessuto adiposo autologo mediante procedure esclusivamente meccaniche, senza utilizzo di centrifugazione o trattamenti enzimatici, operando nel pieno rispetto dei criteri di minima manipolazione del tessuto umano, così come definiti dalla Direttiva 2004/23/CE, dal D.Lgs. 191/2007 e dalla normativa nazionale vigente.</p> <p>Tale aspetto risulta rilevante sotto il profilo regolatorio e di sicurezza, in quanto consente di preservare le caratteristiche biologiche essenziali del tessuto adiposo e di mantenere la vitalità della frazione stromale vascolare e delle cellule stromali mesenchimali derivate dal tessuto adiposo.</p> <p>Deve avere la possibilità di ottenere, a partire da un unico prelievo di tessuto adiposo, diverse frazioni funzionali mediante una procedura sterile, chiusa e completamente meccanica.</p> <p>In particolare, il sistema deve consentire di disporre di frazioni con caratteristiche differenti (macrofat, microfat e nanofat), utilizzabili in modo modulare e personalizzato in relazione alle specifiche esigenze cliniche ginecologiche.</p>	pz	40	800,00	128.000,00

Gli operatori economici che presenteranno istanza di partecipazione dovranno presentare tutta la documentazione clinica (esclusivamente la documentazione tecnica) volta ad avvalorare o meno la conformità a quanto richiesto e si procederà poi all'aggiudicazione al prezzo più basso tra i devices conformi

Esperti controlleranno la documentazione tecnica dei dispositivi proposti e si provvederà a un confronto di preventivi tra i fornitori dichiarati idonei, con aggiudicazione per 48 mesi

Il presente avviso persegue le finalità di cui all'allegato II.1 art. 2 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici ed è volto ad individuare gli operatori economici presenti sul mercato in grado di fornire il suddetto materiale.

Si richiede ad eventuali operatori economici interessati e che ritengano di essere in grado di fornire quanto sopra indicato, di informare di tale possibilità questa Azienda Ospedaliera e di presentare adeguata documentazione tecnica che sarà sottoposta al giudizio di personale esperto che verifichi la rispondenza a quanto richiesto, entro e non oltre

le ore 13.00 del 02/02/2026

tramite piattaforma NET4MARKET.

L'invio di documentazione NON Tecnica, Amministrativa e/o Economica, (che sarà richiesta in una fase successiva) comporterà l'esclusione della procedura in parola.

Si specifica che la partecipazione a detta consultazione preliminare di mercato non comporta oneri di alcun tipo per la Stazione Appaltante e gli operatori economici per la sola partecipazione al presente avviso non potranno vantare alcuna aspettativa, infatti la presentazione della documentazione da parte dell'operatore economico non deve ingenerare alcun legittimo affidamento e non attribuisce alcun interesse qualificato o diritto in ordine all'eventuale procedura di cui all'oggetto.

Il presente Avviso, in versione integrale, è **pubblicato** sul profilo del committente al link "<https://www.ospedale.perugia.it/pagine/bandi-di-gara-e-contratti>".

Per eventuali informazioni contattare:

Dott.ssa Beatrice Baldacci - Email: beatrice.baldacci@ospedale.perugia.it – tel. 075/5786139

I dati forniti saranno trattati ai sensi del GDPR 679/2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per lo svolgimento delle attività legate alla presente procedura.

Il RUP

Dott.ssa Beatrice Baldacci

