



Stemma dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale G. Menghini 8/9 – 06129 PERUGIA

Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S. Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA

Part.IVA 02101050546 – Tel.: 075.5781 – Fax: 075.5783531 – Sito internet: www.ospedale.perugia.it


CAPITOLATO TECNICO

FORNITURA DI UN UPGRADE TECNOLOGICO DEL SISTEMA AUTOMATIZZATO PER LA RICERCA DELLE METAFASI E CARIOTIPIZZAZIONE OCCORRENTE AL LABORATORIO DI MEDICINA MOLECOLARE E CITOGENETICA DELLA S.C. EMATOLOGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

IL PROGETTISTA

ING. DAVIDE C. CRITELLO (S.C. BIOINGEGNERIA)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Davide Critello", written over a horizontal line.



Stemmi dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale G. Menghini 8/9 – 06129 PERUGIA

Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S. Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA

Part.IVA 02101050546 – Tel.: 075.5781 – Fax: 075.5783531 – Sito internet: www.ospedale.perugia.it

Sommario

1. Oggetto e importo dell'appalto	1
2. Caratteristiche tecniche di minima	2
3. Servizi di minima	2
4. Obblighi in materia di sicurezza	7
5. Penali	8
6. Disposizioni finali.....	9



Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale G. Menghini 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S. Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA
Part.IVA 02101050546 – Tel.: 075.5781 – Fax: 075.5783531 – Sito internet: www.ospedale.perugia.it

1. Oggetto e importo dell'appalto

Il presente Capitolato disciplina i contenuti tecnici per la fornitura di un upgrade tecnologico del Sistema automatizzato per la ricerca delle metafasi e cariotipizzazione di proprietà aziendale, in uso presso il Laboratorio di Medicina Molecolare e Citogenetica della S.C. Ematologia dell'Azienda Ospedaliera di Perugia (AOPG), nonché tutto quanto necessario ai fini della relativa implementazione in accordo con le caratteristiche dettagliate nei successivi paragrafi. Tutte le prestazioni e le opere connesse all'installazione, messa in funzione e verifica del corretto funzionamento dei dispositivi richiesti sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

L'upgrade tecnologico hardware e software oggetto della fornitura permetterà di evolvere il sistema di citogenetica automatizzato esistente verso standard tecnologici più elevati. I principali benefici riguardano un miglioramento delle prestazioni diagnostiche, una riduzione dei tempi di processamento e una gestione dei dati clinici più sicura e integrata con i sistemi informativi aziendali.

L'appalto consta:

- della fornitura di un upgrade tecnologico secondo le caratteristiche tecniche minime stabilite nel presente Capitolato e, qualora offerte, con le ulteriori caratteristiche migliorative;
- della consegna e installazione;
- del collaudo tecnico-funzionale;
- dell'interfacciamento e dell'integrazione con i sistemi informativi aziendali;
- della formazione del personale;
- della garanzia non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi.

Per i dispositivi oggetto della presente fornitura dovranno essere garantiti gli aggiornamenti gratuiti hardware e software a garanzia della sicurezza nell'utilizzo delle tecnologie stesse per tutta la durata del contratto. Sarà onere del Fornitore segnalare tempestivamente all'Azienda Ospedaliera la presenza di ogni aggiornamento hardware/software disponibile e, al fine di limitare il tempo di fermo macchina, concordare con i referenti dell'Azienda Ospedaliera (SS.CC. Bioingegneria/Ematologia) le date e gli orari in cui effettuare i predetti aggiornamenti.

La fornitura dovrà comprendere:

- tecnologie di nuova fabbricazione, ovvero non ricondizionate e non utilizzate precedentemente in fiere/dimostrazioni, etc.;
- tutto quanto è necessario al funzionamento delle tecnologie, nulla escluso.

Il Fornitore dovrà garantire, al momento della presentazione dell'offerta, la conformità CE dei dispositivi offerti e, in generale, la conformità alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i prodotti stessi.



Stemmi dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale G. Menghini 8/9 – 06129 PERUGIA

Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S. Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA

Part.IVA 02101050546 – Tel.: 075.5781 – Fax: 075.5783531 – Sito internet: www.ospedale.perugia.it

La base d'asta del presente appalto, comprendente tutte le prestazioni richieste, si intende fissata in € 41.400,00 esclusa IVA 22%.

2. Caratteristiche tecniche di minima

Aggiornamento della piattaforma di scansione citogenetica:

- Aggiornamenti software GenASIs
- Aggiornamento telecamera e relativo adattatore
- Licenza software per la scansione e l'analisi della cariotipizzazione assistita, per la segmentazione e la classificazione automatica dei cromosomi
- PC di fascia alta con sistema operativo di ultima generazione (es. Windows 11)

Aggiornamento per il sistema di revisione:

- Aggiornamenti software GenASIs
- PC di fascia alta con sistema operativo di ultima generazione (es. Windows 11)
- Licenza software per l'analisi della cariotipizzazione assistita, per la segmentazione e la classificazione automatica dei cromosomi

Pacchetto IT:

- Servizi IT per la gestione del server e della rete. Include la fase di supporto tecnico con il team IT dell'Azienda Ospedaliera, l'installazione del software GenASIs sul server, la configurazione e il collaudo.
- File di licenza GenASIs
- Licenza software GenDatabase™ per il database GenASIs
- Licenza software GenLIS™ per la connettività dei dati con il Sistema Informativo del Laboratorio (LIS)

3. Servizi di minima

Consegna e installazione

La consegna è effettuata a cura e rischio del Fornitore, in porto franco presso il Laboratorio di Medicina Molecolare e Citogenetica della S.C. Ematologia dell'Azienda Ospedaliera di Perugia. La consegna si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio, rimozione e ritiro dell'imballaggio.

La consegna della fornitura dovrà essere effettuata entro **60 (sessanta) giorni** consecutivi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Al termine delle operazioni di consegna e, comunque, non oltre **7 (sette) giorni** solari dalle stesse, pena l'applicazione delle penali, il Fornitore dovrà procedere al montaggio e alle operazioni di installazione dell'intera fornitura.



Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale G. Menghini 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S. Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA
Part.IVA 02101050546 – Tel.: 075.5781 – Fax: 075.5783531 – Sito internet: www.ospedale.perugia.it

Nelle operazioni di installazione si intendono ricompresi, ove necessario, anche il collegamento della fornitura alla rete elettrica e l'integrazione della stessa con i sistemi informativi esistenti.

Collaudo

Il collaudo delle tecnologie avrà luogo secondo quanto stabilito dalla normativa del settore e dalle procedure aziendali, in contraddittorio tra il Fornitore e le strutture aziendali competenti (S.C. Bioingegneria, S.C. Ematologia, S.C. Servizio Informatico, ognuno per le proprie competenze).

Il Fornitore dovrà dare, ove richiesto, il necessario supporto tecnico e strumentale all'esecuzione del collaudo da parte degli uffici competenti.

Il collaudo delle tecnologie oggetto della presente fornitura dovrà concludersi entro **10 (dieci) giorni** dal termine dell'installazione, ovvero entro il termine diverso concordato con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).

La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito positivo. Delle suddette operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo firmato dall'Azienda Ospedaliera e controfirmato dal Fornitore.

Tutti gli oneri per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del Fornitore.

Formazione

Il Fornitore dovrà garantire la formazione della durata di almeno **1 (uno) giorno** a tutto il personale utilizzatore volta a garantire:

- utilizzo corretto delle tecnologie fornite, software compresi, favorendone il massimo impiego di tutte le funzionalità e prestazioni;
- addestramento adeguato alle condizioni d'impiego anomale prevedibili.

In considerazione della turnistica a cui il personale è sottoposto, l'attività formativa dovrà essere pianificata in funzione delle indicazioni fornite dal Responsabile del Laboratorio utilizzatore ed articolata, se del caso, su più sessioni differenziate in base alla tipologia di utente destinatario.

Al termine di ciascuna seduta formativa, il Fornitore dovrà redigere uno specifico verbale firmato dal soggetto formatore, volto a certificare l'addestramento tenuto e contenente l'elenco dei discenti che vi ha preso parte.

Garanzia

Per tutto il sistema oggetto di upgrade tecnologico dovrà essere previsto un periodo di garanzia non inferiore a **24 (ventiquattro) mesi** a decorrere dalla data di esito positivo del collaudo.



Stemmi dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale G. Menghini 8/9 – 06129 PERUGIA

Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S. Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA

Part.IVA 02101050546 – Tel.: 075.5781 – Fax: 075.5783531 – Sito internet: www.ospedale.perugia.it

Tale periodo di garanzia è inclusivo di assistenza tecnica per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promessa o essenziale all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) e di tutti i servizi previsti dal fabbricante nella manualistica d'uso delle tecnologie fornite.

Assistenza e manutenzione full risk

Il Fornitore per un periodo non inferiore a **24 (ventiquattro) mesi** a partire dalla data di collaudo con esito positivo dovrà fornire il servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk secondo quanto di seguito specificato.

Sono comprese nel servizio di assistenza tecnica e manutenzione la riparazione e la sostituzione di tutte le componenti delle apparecchiature comprensiva degli eventuali accessori (cavi, adattatori, ecc.), degli eventuali materiali di consumo soggetti ad usura (lubrificanti, filtri, sensori, ecc.), con la sola esclusione del materiale di consumo necessario all'ordinario utilizzo in caso di materiale monouso/monopaziente.

L'assistenza verrà effettuata con personale specializzato del Fornitore e comprenderà:

- Manutenzione preventiva;
- Manutenzione correttiva;
- Customer care.

Il Fornitore dovrà garantire per tutta la durata del contratto il medesimo livello qualitativo delle apparecchiature come accertato in sede di collaudo; in caso di decadimento delle prestazioni di uno o più componenti, esplicitato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), non risolvibile con normali interventi di manutenzione, il Fornitore provvederà a sostituire tali componenti con attrezzature nuove identiche o migliori rispetto alla fornitura originale.

Resta inteso che per qualsiasi congegno, parte o elemento meccanico, elettrico e elettronico che presenti rotture o logorii o che comunque diminuisca il rendimento delle apparecchiature, il Fornitore dovrà eseguire le dovute riparazioni e/o sostituzioni con materiali di ricambio originali e nuovi di fabbrica e di caratteristiche tecniche identiche o superiori a quelli sostituiti. Le parti sostituite verranno ritirate dal Fornitore che ne assicurerà il trattamento in conformità alle norme vigenti, senza alcun onere aggiuntivo per Azienda Ospedaliera.

Il Fornitore dovrà garantire la disponibilità delle parti di ricambio originali per almeno 8 (otto) anni a decorrere dalla data di accettazione della fornitura.

Manutenzione preventiva



Stemmi dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale G. Menghini 8/9 – 06129 PERUGIA

Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S. Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA

Part.IVA 02101050546 – Tel.: 075.5781 – Fax: 075.5783531 – Sito internet: www.ospedale.perugia.it

La manutenzione preventiva comprende le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione delle attrezzature risultanti non conformi, come previsto dai manuali d'uso forniti in dotazione. Tale manutenzione sarà effettuata nel rispetto delle modalità, frequenza e condizioni stabilite nel manuale relativo alle apparecchiature oggetto della presente fornitura.


La manutenzione preventiva comprende inoltre le verifiche e i controlli dei parametri di funzionamento comprensive del relativo materiale di consumo, le regolazioni e i controlli di qualità, nel numero e nei termini previsti dai manuali dei produttori; si intendono anche comprese le verifiche di rispondenza alle norme per la sicurezza elettrica, generali e particolari, da eseguirsi a seguito degli interventi di manutenzione e/o di eventuali interventi di rimessa a norma, e comunque almeno una volta all'anno.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la manutenzione preventiva potrà includere: verifiche e controlli dei parametri di funzionamento delle attrezzature e dei dispositivi accessori, tarature e controlli di qualità di funzionamento. Le date del piano di manutenzione preventiva saranno concordate con i servizi utilizzatore presso cui sono ubicate le tecnologie. In particolare, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del contratto, il Fornitore aggiudicatario dovrà trasmettere al DEC, per iscritto, il calendario concordato con il reparto. Sarà poi cura del Fornitore verificare a mezzo mail qualche giorno prima della data concordata l'effettiva disponibilità del reparto ed eventualmente concordare con lo stesso una data sostitutiva. Tale modifica dovrà essere comunicata tempestivamente al DEC.

Eventuali ulteriori modifiche al calendario saranno previamente concordate dalle parti. Nel modificare il calendario si dovranno rispettare le frequenze e quindi gli intervalli temporali previsti tra gli interventi di manutenzione preventiva. All'Azienda Ospedaliera dovrà essere inviato sempre il calendario aggiornato con l'indicazione delle modifiche e delle motivazioni relative alle modifiche.

Il Fornitore sarà tenuto al rispetto del calendario redatto, pena l'applicazione delle penali previste capitolato.

In esito al positivo completamento delle attività di manutenzione preventiva, verrà redatto un apposito "Verbale di manutenzione", da consegnare all'Azienda Ospedaliera, il quale dovrà riportare almeno le informazioni relative alle attività svolte, alla data in cui è stata svolta l'attività di manutenzione e all'elenco delle componenti eventualmente sostituite.



Stemmi dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale G. Menghini 8/9 – 06129 PERUGIA

Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S. Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA

Part.IVA 02101050546 – Tel.: 075.5781 – Fax: 075.5783531 – Sito internet: www.ospedale.perugia.it

Per limitare il tempo di fermo macchina, nel caso in cui le attività di manutenzione preventiva siano previste su 2 (due) o più giorni, l'Azienda Ospedaliera potrà scegliere, in funzione delle sue necessità, di effettuare le attività previste anche in giorni non consecutivi.

Manutenzione correttiva

La manutenzione correttiva (su chiamata) comprende la riparazione e/o la sostituzione di tutte le parti, componenti, accessori e di quant'altro componga l'apparecchiatura nella configurazione fornita, che subiscano guasti dovuti a difetti o deficienze del bene o per usura naturale e non consentano il pieno e corretto funzionamento dell'apparecchiatura o diano luogo a riduzione delle prestazioni della stessa nel periodo di vigenza contrattuale.

La manutenzione correttiva consiste nell'accertamento della presenza del guasto o malfunzionamento, nell'individuazione delle cause che lo hanno determinato, nella rimozione delle suddette cause e nel ripristino dell'originale funzionalità, con verifica dell'integrità, della sicurezza (conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari applicabili) e delle prestazioni dell'apparecchiatura.

La manutenzione correttiva sarà effettuata con le seguenti modalità:

- Numero interventi su chiamata/segnalazione illimitati;
- Gestione dell'intervento entro 8 (otto) ore lavorative, dal momento della ricezione della richiesta trasmessa dall'Azienda Ospedaliera, pena l'applicazione delle penali;
- Attività propedeutiche al ripristino dei dispositivi affetti da malfunzionamento (quali ad esempio: invio e trasporto delle parti guaste, per la loro eventuale riparazione), immediatamente dopo l'identificazione dell'avaria;
- Ripristino funzionalità dei dispositivi guasti entro 32 (trentadue) ore lavorative dalla data di ricezione della "Richiesta di intervento", pena l'applicazione delle penali;

Nel caso in cui il dispositivo sia soggetto a manutenzione correttiva per cause non imputabili all'Azienda Ospedaliera, e il ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura affetta da malfunzionamento superi i tempi previsti per la risoluzione del guasto, saranno comminate le penali disciplinate nel presente Capitolato.

Gli interventi di manutenzione correttiva dovranno essere richiesti formalmente (ad esempio tramite e-mail o PEC) mediante una "Richiesta di intervento" utilizzando il servizio di "Customer Care".



Stemmi dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale G. Menghini 8/9 – 06129 PERUGIA

Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S. Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA

Part.IVA 02101050546 – Tel.: 075.5781 – Fax: 075.5783531 – Sito internet: www.ospedale.perugia.it

Customer Care

Il Fornitore deve mettere a disposizione dell'Azienda Ospedaliera dalla data di stipulazione del contratto il servizio di Customer Care, che assolve alla funzione di centro di ricezione e gestione delle richieste di assistenza, di manutenzione, per la segnalazione dei guasti e la gestione dei malfunzionamenti.

Il Customer Care dovrà essere attivo per la ricezione delle richieste di intervento e delle chiamate tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, per almeno 8 (otto) ore in una fascia oraria che va dalle ore 7:30 alle ore 18:30.

Il Fornitore si impegna a rendere noti entro 15 (quindici) giorni, a decorrere dalla stipula del contratto, gli orari di servizio, il numero telefonico e l'indirizzo e-mail/PEC dedicati al servizio di Customer Care.

4. Obblighi in materia di sicurezza

In merito agli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08, si precisa che, in via preliminare, non viene predisposto il Documento Unico di valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) in quanto non si evidenziano rischi da interferenza nelle attività descritte nel Capitolato.

Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle apparecchiature dovranno essere eseguite, di norma, fuori dall'orario di lavoro della Struttura interessata, al fine di evitare qualsiasi sovrapposizione con il personale presente e ridurre al minimo eventuali interferenze.

Sono comunque allegate al presente Capitolato le "Note Informative" predisposte dal Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) dell'Azienda Ospedaliera inerenti alle procedure in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Tali procedure non devono intendersi sostitutive di quelle interne di sicurezza adottate dal Fornitore, ma devono integrarsi con esse per garantire un'adeguata informazione al personale anche sui regolamenti vigenti presso l'Azienda Ospedaliera.

Il Fornitore aggiudicatario, prima dell'avvio dell'appalto, dovrà trasmettere al SPP dell'AOPG, e per conoscenza al Responsabile Unico di Progetto (RUP), la suddetta documentazione debitamente compilata e sottoscritta per consentire all'Azienda Ospedaliera la verifica finale dell'assenza di interferenze e l'eventuale necessità di predisporre il DUVRI.



Stemmi dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale G. Menghini 8/9 – 06129 PERUGIA

Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S. Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA

Part.IVA 02101050546 – Tel.: 075.5781 – Fax: 075.5783531 – Sito internet: www.ospedale.perugia.it

L'AOPG si riserva fin d'ora la facoltà di chiedere il riesame del DUVRI, qualora, nel corso della durata del contratto, dovessero emergere situazioni di rischio interferenziale non prevedibili in fase preliminare.

5. Penali

Il Direttore dell'Esecuzione verifica la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato.

Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l'Azienda Ospedaliera provvederà a contestarle, per iscritto, al Fornitore, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.

Al Fornitore verrà concesso un termine non superiore a 15 (quindici) giorni consecutivi per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Fornitore e rigetto delle sue eventuali giustificazioni.

Resta ferma la risarcibilità dell'eventuale ulteriore danno subito dall'Azienda Ospedaliera non coperto dall'importo delle penali.

Di seguito si riportano le penali specifiche:

- Consegna ed installazione entro i termini previsti

Le penali sono calcolate in misura giornaliera pari allo 0,5 ‰ (zero virgola cinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale, salvo l'eventuale maggior danno.

- Collaudo entro i termini previsti

Le penali sono calcolate in misura giornaliera pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale, salvo l'eventuale maggior danno.

Per le infrazioni non disciplinate nel suddetto elenco, qualora il Fornitore aggiudicatario venga meno agli obblighi assunti e questo comporti danni o disservizi all'Azienda Ospedaliera, potrà essere applicata a suo carico, per ogni infrazione rilevata, una penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 (zero virgola cinque) per mille e l'1,5 (uno virgola cinque) per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'inadempimento.

Le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Fornitore aggiudicatario non potranno comunque superare complessivamente il 10% dell'ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art. 126 D.Lgs 36/2023.



Stemma dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale G. Menghini 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S. Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA
Part.IVA 02101050546 – Tel.: 075.5781 – Fax: 075.5783531 – Sito internet: www.ospedale.perugia.it

Tutte le riserve che il Fornitore intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Ospedaliera e devono essere adeguatamente motivate.

6. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia a quanto previsto dalla restante documentazione di gara, dal Codice Civile, dal D.Lgs. 36/2023, e da tutte le altre norme comunitarie, statali e regionali che comunque abbiano attinenza con l'appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate nel corso dell'esecuzione del contratto.

