



Stemma dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Giorgio Menghini nn. 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S.Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA
Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531

DIREZIONE ACQUISTI E APPALTI

Ufficio Acquisizione Dispositivi Medici, Farmaci e Diagnostici

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

Art. 77 D. Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36

**CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO INDETTO AI SENSI DELL'ART. 77 DEL D.LGS. N. 36/2023
PER L'AFFIDAMENTO, PER LA DURATA DI 48 (QUARANTOTTO) MESI, DELLA FORNITURA IN SERVICE
DI UN SISTEMA ANALITICO TROMBOESTOMETRICO/GRAFICO E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO
PER LE NECESSITÀ DELLE SS.CC. DI CARDIOCHIRURGA E SIT DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI
PERUGIA.**

La presente consultazione preliminare di mercato va intesa come una semplice pre-fase di gara, volta ad agevolare la preparazione dell'appalto e lo svolgimento della relativa procedura, nonché di informare gli operatori economici dell'intendimento della Stazione Appaltante di voler indire l'appalto.

Caratteristiche di minima del sistema desumibili da documentazione Tecnica che dovrà essere presentata dagli operatori economici pena l'esclusione.

DESCRIZIONE DEL SISTEMA:

L'appalto avrà ad oggetto l'affidamento di un **sistema tromboelastometrico/grafico in service con relativo materiale di consumo**, per la rapida valutazione delle proprietà emostatiche del campione in esame con valutazione delle componenti relative all'attivazione del coagulo, alla sua formazione/polimerizzazione e alla successiva retrazione, per le esigenze delle SS.CC. di Cardiochirurgia e SIT dell'Azienda Ospedaliera di Perugia.

Il sistema richiesto deve possedere le seguenti proprietà:

CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE RICHIESTE (PENA ESCLUSIONE)

1) Il sistema deve rilevare e valutare su un campione di sangue intero l'attivazione di emostasi del campione in analisi, valutando le proprietà di formazione del coagulo, polimerizzazione della fibrina e consistenza del coagulo, ed eventuale fibrinolisi.

2) L'analisi del campione deve avvenire direttamente da provetta di coagulazione (sodio citrato) chiusa, con aspirazione automatizzata del sangue direttamente dalla provetta di prelievo, senza necessità di eseguire manovre di apertura, dispersione del sangue con pipette, siringhe e/o equivalenti.

3) Il sistema analitico deve prevedere quattro canali per l'esecuzione dei test in contemporanea e fornire per gli stessi i parametri legati al tempo di coagulazione (CT,r) al tempo di formazione del coagulo (CFT,K) alla consistenza del coagulo (MCF, MA) ed alla lisi del coagulo (ML,LY30).

4) Esecuzione dei seguenti test:

- Valutazione della formazione del coagulo, della consistenza del coagulo e dell'eventuale lisi mediante test di attivazione della via extrinseca della coagulazione;
- Valutazione della formazione del coagulo, della consistenza del coagulo e della eventuale mediante test di attivazione specifico della via intrinseca della coagulazione;



Stemma dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Giorgio Menghini nn. 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S.Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA
Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531

- Valutazione della formazione del coagulo, della consistenza del coagulo e della eventuale lisi mediante test di attivazione della via estrinseca in presenza di inibitore delle piastrine per l'identificazione dei disordini o carenza di fibrinogeno.
- 5) Il sistema deve essere fornito completo di accessori, quali stampante grafica, lettore di codice a barre per la lettura del codice campione in esame, monitor per la visualizzazione dei dati numerici e grafici dei campioni in analisi, software per la visualizzazione in remoto dei dati in esecuzione sul sistema.
- 6) La strumentazione offerta deve essere completamente automatizzata, dotata di cartucce preconfezionate pronte all'uso, di ultima generazione e nuova di fabbrica, compatta da banco e trasportabile, dotata di software, in lingua italiana, che consenta di salvaguardare e memorizzare dati e grafici dei test eseguiti in database a ciò destinati.
- 7) Il sistema deve, infine, fornire dati numerici, con evidenza dei valori di normalità, e curve tromboelastometriche/grafiche, per l'interpretazione dei risultati di ciascun test in esecuzione, validati nei protocolli nazionali ed internazionali della gestione delle emorragie maggiori.

IL COSTO ANNUALE DELLA FORNITURA è stimato in € 45.000,00 – comprensivi del service degli apparecchi completi di cartucce per eseguire un numero di 1.500 esami all'anno.

Strumentazione richiesta:

- N. 1 STRUMENTO per SIT
- N. 1 STRUMENTO per CARDIOCHIRURGIA

La fornitura avrà una durata di **48 mesi**, con un valore complessivo a base d'asta pari ad **€ 180.000,00** (IVA esclusa)

In base al risultato dell'indagine preliminare verranno poi attivate le pratiche amministrative necessarie per pervenire all'aggiudicazione della fornitura.

Ai fini suddetti, si richiede ad eventuali operatori economici interessati, che ritengano di essere in grado di fornire quanto sopra indicato, di informare di tale possibilità questa Azienda Ospedaliera e di presentare, **entro il termine perentorio delle ore 18:00 del giorno 02/02/2026, sulla piattaforma Net4market con le modalità indicate nel documento allegato (All. A) "Disciplinare telematico", la seguente documentazione tecnica, che sarà sottoposta al giudizio di personale esperto che verifichi la rispondenza a quanto richiesto:**

- Documentazione tecnica della strumentazione e del materiale proposto, oggetto della consultazione di mercato

Non costituirà valido titolo l'invio di manifestazione di interesse a mezzo di strumenti diversi dalla piattaforma Net4market.

Il presente avviso non costituisce, in alcun modo, invito a presentare offerte.

Si specifica che la partecipazione a detta consultazione preliminare di mercato non comporta oneri di alcun tipo per la Stazione Appaltante e gli operatori economici per la sola partecipazione al presente avviso non potranno vantare alcuna aspettativa, infatti la presentazione della documentazione da parte dell'operatore economico non deve ingenerare alcun legittimo affidamento e non attribuisce alcun interesse qualificato o diritto in ordine



Stemma dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Giorgio Menghini nn. 8/9 – 06129 PERUGIA

Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S.Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA

Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531

all'eventuale procedura di cui all'oggetto, che la Stazione Appaltante avrà facoltà di avviare all'esito della consultazione stessa.

Il presente Avviso, in versione integrale, è **pubblicato** sul profilo del committente al link <https://www.ospedale.perugia.it/pagine/bandi-di-gara-e-contratti> e sulla piattaforma telematica Net4market https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl per la durata di 15 (quindici) giorni.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatizzati e/o automatizzati, ai sensi del GDPR 2016/679 e della vigente normativa nazionale, esclusivamente nell'ambito dell'indagine di cui al presente avviso pubblico esplorativo.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente consultazione mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro le ore **18:00 del 26/01/2026**, in via telematica, attraverso l'apposita sezione della Piattaforma Net4market, denominata "Chiarimenti".

Per la presente procedura, il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, per gli ambiti funzionali di competenza, è il Dott. Glauco Fabbroni, Responsabile dell'Ufficio Acquisizione Dispositivi Medici, Farmaci e Diagnostici.

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott. Glauco Fabbroni